

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
КГП на ПХВ "Многопрофильная
центральная районная больница,
Урджарского района" УЗ ОА



Абылкасимов Б.Ш.

Техническая спецификация

Критерии		Описание		Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
№ п/п	Наименование медицинской техники	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике		
1	«Инструменты медицинские»				
2	Требования к комплектации	1	<p><i>Наименование комплектующего к медицинской технике</i></p> <p>Основные комплектующие</p> <p>Зажим кровостоанавливающий, типа «москит» артериальный, для поллой вены, детский, прямой, изогнутый, длинный, Halstead, Pean, De Bakey, Satinsky, Hakken, Fergusson, 10,0 см; 12,0 см; 12,5см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 19,0 см; 20,0 см</p>	<p><i>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</i></p> <p>ЗАЖИМ HALSTEAD КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ" Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотечения Общая длина не менее 12,5 не более 12,7 см, прямой Материал изготовления: высокоуглеродистая нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии.</p>	10