

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
КГП на ПХВ "Многопрофильная
центральная районная больница,
Урджарского района" УЗ ОА



Абылкасимов Б.Ш.

Техническая спецификация

Критерии		Описание	
№ п/п	Наименование медицинской техники	«Инструменты медицинские»	
1		<p>№ п/п</p> <p>Наименование комплектующего к медицинской технике</p>	<p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p> <p>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</p>
2	Требования к комплектации	<p>Основные комплектующие</p> <p>1 Зажим кровостанавливающий, типа «москит» артериальный, для поллой вены, детский, прямой, изогнутый, длинный, Halstead, Pean, De Bakey, Satinsky, Harken, Fergusson, 10,0 см; 12,0 см; 12,5см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 19,0 см; 20,0 см</p>	<p>ЗАЖИМ HALSTEAD КРОВОСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ТИПА "МОСКИТ"</p> <p>Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотока</p> <p>Общая длина не менее 12,5 не более 12,7 см, прямой</p> <p>Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.</p> <p>Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 НРС.</p> <p>Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.</p> <p>Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.</p> <p>Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере</p>