

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
КТП на ПХВ "Многопрофильная  
центральная районная больница,  
Урджарского района" УЗ ОА



Абылкасимов Б.Ш.

**Техническая спецификация**

№ п/п	Критерии	Описание	Требуемое кол. (с указанием е измерения)
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Видеоэндоскопическая система с принадлежностями для эндоскопии	
2	Требования к комплектации	<p>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</p> <p>Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</p> <p>Шкаф</p>	1 шт

встроенного вентилятора.  
 Поток воздуха создаваемый вентилятором удаляет остатки воды с наружных поверхностей эндоскопов. Создаваемый вентилятором высокий объем воздушного потока в камере предотвращает подачу в камеру окружающего воздуха.  
 Наличие входного HEPA-фильтра с:  
 - размером пор 0,2 мкм  
 - допустимым пропуском частиц в фильтре 0,01%  
 - минимальная кратность воздухообмена: 50\час  
 Время сушки 2 часа.  
 Расположение эндоскопов в шкафу вертикально.  
 Наличие функции оповещения об открытой двери в шкафу.  
 Наличие контроля внутренней температуры.  
 Наличие системы контроля за давлением внутри шкафа.  
 Давление воздуха, подаваемого в шкаф: 0,5 бар.  
 Время хранения стерильных эндоскопов 7 дней.  
 Наличие функции отчета о нарушении режимов работы  
 Наличие функции автоматического отслеживания времени пребывания каждого отдельного эндоскопа в шкафу и оповещения о слишком долгом хранении аппарата.  
 Наличие в нижней части шкафа поддона для сбора жидкости.  
 Габаритные размеры шкафа: В x Д x Г мм 2130 x 1280 x 470.  
 Потребляемая мощность: 230W.

Электропитание 220В

ДДР КГП на ПХВ "Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района" УЗ области Абай

90 дней с момента подписания договора

3 Требования к условиям эксплуатации

4 Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)

5 Срок поставки медицинской техники

<p>и место дислокации</p>	<p>Адрес: Адрес: 071700 Область Абая, с.Урджар, ул.Семушкина 1Б</p>
<p>6 Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p>	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замену отработавших ресурс составных частей;</li> <li>- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;</li> <li>- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;</li> <li>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;</li> <li>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);</li> <li>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.</li> </ul>